

نشاط المترولوجيا القانونية خلال سنة 2013

أ - المصادقة على نماذج أدوات القياس:

بلغ عدد مطالب المصادقة على نماذج أدوات القياس 88 مطلبا و تمت المصادقة على 53 نموذجا

موزعة كالآتي :

العدد	الأدوات
20	أدوات الوزن
24	أدوات قياس الأحجام
2	عدادات قياس الطاقة الكهربائية
6	أدوات قياس الطول
1	أدوات التاكسيمتر و الكرونوتاكيغراف

ب - مطالب التحقق الأولي و الدوري:

تم التحقق الأولي و الدوري على 769000 أداة قياس تنقسم حسب نوعية التحقق و صنف الأداة على

النحو التالي :

❖ التحقق الأولي:

أهم الأدوات التي تمت عليها عمليات التحقق الأولي هي :

العدد	صنف أداة القياس
130	العدادات ذات الاستعمال المنزلي
211658	أدوات قياس أحجام الغاز الطبيعي
250750	أدوات قياس الطاقة الكهربائية
152043	أدوات قياس أحجام الماء
152043	أدوات قياس الطول
383	أدوات قياس أحجام المحروقات
52	الموازين الجسرية
25000	أدوات وزن إلكترونية وميكانيكية "Balances électroniques, Roberval, à romaine"
2000	كتل Masses
1453	آلات مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة (كرونوتاكيغراف).
886	عدادات سيارات الأجرة "التاكسيمتر"
40	المكاييل المعيارية Jauges étalons
96	صهاريج مجرورة بقاطرة Camions-citernes
38	خزانات ثابتة

❖ التحقق الدوري:

يبين الجدول التالي عدد أدوات القياس التي تم التحقق عليها بصفة دورية خلال سنة 2013 حسب صنف الأداة.

صنف الأداة	العدد	ملاحظات
صهاريج مجرورة بقاطرة	181	عملية التحقق الدوري كل 3 سنوات
خزانات ثابتة	78	عملية التحقق الدوري كل 5 سنوات
أدوات قياس أحجام المحروقات	9718	تم إجراء التحقق الدوري بمحطات توزيع الوقود التابعة للشركات البترولية (فيفو انرجي، ستار أويل، لبيبا أويل، شركة عجيل، طوطال) وفق رزنامة التواريخ التي تم تحديدها بالقرار السنوي للتحقق والوسم على أدوات القياس.
مكاييل معيارية	731	عملية التحقق كل سنة
أدوات لقياس أحجام الغاز المسيل مركبة على شاحنة	18	
عدادات قياس الطاقة الكهربائية	5116	تم التحقق بعد تصليح هذه العدادات بمخابر الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الموازين الجسرية	200	السعة القصوى تفوق 5000 كغ
أدوات وزن إلكترونية وميكانيكية، Balances Roberval, électroniques, à romaine	27000	
كتل Masses	95000	
أدوات قياس الطول	34	
أدوات قياس نسبة الرطوبة في الحبوب "Humidimètres"	46	

ج - الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة:

تم إجراء 23 زيارة ميدانية حول الرقابة المترولوجية على المواد المعبأة (عجين غذائي، مصبرات غذائية، قهوة، أجبان، زبدة، مشروبات غازية، دهن، إسمنت، ...) و قد تم تسجيل 11 مخالفة تتعلق بتعبئة منتجات غير مطابقة لنتائج الرقابة المترولوجية. (انظر القائمة المرفقة)

د - المراقبة المترولوجية:

تمت عمليات المراقبة المترولوجية على أدوات القياس بالتعاون مع عدد من الإدارات الجهوية للتجارة و مع إدارة الجودة و حماية المستهلك بالوزارة خلال شهر رمضان المعظم (1434 هـ). و قد شملت المراقبة الأسواق الأسبوعية و المحلات و المساحات التجارية الكبرى. حيث قامت فرق المراقبة مجتمعة بحوالي 2120 زيارة ميدانية و تم تسجيل 144 مخالفة متعلقة بأدوات القياس و 11 مخالفة متعلقة بالمواد المعبأة.

هـ - دراسة ملفات توريد أدوات القيس:

تمت دراسة 721 ملف توريد أدوات قيس خلال سنة 2013.

و - التحقق الأولي والدوري التي تم إجراؤها من طرف الهيئات المصادق عليها:

قام المخبر المركزي للتحليل والتجارب "LCAE" خلال سنة 2013 بالتحقق الأولي والدوري على حوالي 400 ميزان جسري وذلك بوصفه هيئة مصادق عليها من طرف مصالح المتروولوجيا القانونية لإجراء التحقق الأولي والدوري على أدوات الوزن التي سعتها القصوى تفوق 30 كغ.